



Sortimentöversikt CPAP/APAP

Kontaktinformation:

Sanna Hermansson, hjälpmedelskonsulent

E-post: sanna.hermansson@regionvastmanland.se

Telefon: 021-481 84 04

Martin Mörk, hjälpmedelskonsulent

E-post: martin.mork@regionvastmanland.se

Telefon: 021-17 49 97

Innehåll

ResMed	3
Resmed S8.....	3
Resmed S9 Autoset	4
Resmed AirSense 10	5
Resmed AirSense 11.....	6
Philips.....	7
Philips CPAP Dreamstation Auto	7

ResMed

Resmed S8

Utgått leverantör, inga
ny-förskrivningar. Rekondas inte.
Ingen lagervara på HMC.



Tillbehör Resmed S8:



38737 Filter
2 st/fp



38735 Luftslang CPAP autoklaverbar 2m, 22mm

Resmed S9 Autoset

38633


Utgått leverantör, fåtal ny-förskrivningar.



Tillbehör Resmed S9 Autoset:



38729 Filter



38742 Slim line slang



38732 DC/DC Converter
12V/24V/90W S9



38773 Befuktare H5i



38777 Vattenbehållare
Till befuktare H5i



38754 ClimateLine slang



38728 SD-kort S9



38766 Slangvärmare Standardslang

38743 Slangvärmare Slimline-slang H5i

Resmed AirSense 10



38631 (TRI-pack)

AirSense 10

TRI-pack = Apparat, befuktare, ClimateLine-slang i samma väska



38724 (TRI-pack)

AirSense 10 for Her

Tillbehör Resmed AirSense 10 Autoset:



38729 Filter

38745 Filter hypoallergi



38762 Knärör



38757 Befuktare

Humid Air



38755 ClimateLine slang

38727 ClimateLine slang Air Oxy



38756 DC/DC-

Converter



38760 SD-kort AirSense 10 **38766** Slangvärmare Standardslang




38743 Slangvärmare Slimline-slang H5i

Resmed AirSense 11



43220 APAP AirSense 11 TRI-pack (TRI-pack = apparat, befuktare och Climateline slang i samma väska)

Tillbehör till AirSense 11:



43221 Slang ClimateLine AirSense 11



43222 Befuktare HumidAir AirSense 11



43224 Filter AirSense 11



43223 Sidoskydd Airsense 11

Philips

Philips CPAP Dreamstation Auto



41343

Tillbehör Dreamstation:

Pollenfilter 1-pack **41342** används på alla apparater, diskas med tvål och vatten var 14:e dag, byts var 6:e månad

Filter ultrafint 2-pack **40870** används tillsammans med 41342 på känsliga patienter, byts var 30:e dag.

Standardslang Dreamstation (ej uppvärmd) **41340**

Uppvärmad slang Dreamstation **41339**

Vattenbehållare till befuktare **41341**