

Västmanlands sjukhus
Laboratoriemedicin Västmanland
Lena Nittler

JULI 2022/KONTROLLFACIT

Analys: P-Glukos

Instrument: Accu-Chek inform II

Beställning: Blodsticka glukos: 59761 och Kontroll glukos: 59762

Kontroller (Låg 1 + Hög 2)

Kontroll	Yttre gränsvärde	Gränsvärde	Börvärde	Gränsvärde	Yttre gränsvärde	Lotnr
PNV CG1	1,9	2,1	2,5	2,9	3,1	CG1 10100331
PNV CG2	15,5	16,0	17,1	18,2	18,7	CG2 10100331

Lena Nittler

Processledare Patientnära verksamhet (PNV)

Tel: 021 - 17 51 99

Epost: lena.nittler@regionvastmanland.se

Therése Ehrenstråhle

Laboratorieingenjör

021 - 17 42 47

Epost: therese.ehrenstrahle@regionvastmanland.se